

РЕШЕНИЕ

№ РД-06-854/13.12 2018г.

**за обявяване класиране на участниците и участника определен за изпълнител на
обществена поръчка**

На основание чл.108 от ЗОП и въз основа на отразените резултати в протоколи №1/12.09.2018г., №2/22.10.2018г., №3/16.11.2018г., № 4/22.11.2018 г, № 5/04.12.2016 г, №6/10.12.2018 г. и Доклад от 11.12.2018 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-06-711/12.09.2018 г. на Д-р Минко Цвятков Михов Представляващ МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"** открита с Решение № 451/06.08.2018г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2018-0012/06.08.2018г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и приетата методика: Съгласно Приложение № 1- неразделна част от настоящето решение

II. Участникът, класиран на първо място се определя като изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция както следва:

▪ Участник № 1 „Медилон” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България № 98, Бизнес сграда Астра, вх. Д, ет.2, офис 4Д с оферта с Вх. № 1/ 31.08.2018 г за обособени позиции / ном. единици с №87; 109.02; 109.03; 109.04

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 2 „Екомет 90” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков № 16 с оферта с Вх. № 2/ 05.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с №17; 115.0; 115.02; 120.02; 124.02; 128.01

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 3 „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бигла №48, ет.5 с оферта с Вх. № 3/ 07.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с №77.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 4 „Бикомед” ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III № 201А, вх. Б с оферта с Вх. № 4/ 07.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с №53; 55; 59; 60; 61; 63; 96; 101; 117.01; 117.04; 131.03; 131.09; 131.23; 131.24 .

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 5 „Етропал Трейд“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 2180, бул. Руски №191 с оферта с Вх. № 5/ 10.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 131.30.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 6 „Софинформпродукт Грозданов“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Черни връх № 38 с оферта с Вх. № 6/ 10.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 93.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 7 „Елпак Лизинг“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Иван Богоров № 12 с оферта с Вх. № 7/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 18; 85; 103.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/ с Вх. № 8/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 2; 9; 13; 28; 39; 44; 69; 72; 73; 82; 94; 98; 107.01; 107.03; 109.05; 109.06; 110.01; 110.02; 113.05; 114.02; 118.01; 118.06; 118.07; 118.08; 120.05; 121.02; 126.01; 128.02; 131.06; 131.18; 131.21; 131.26; 132.01; 132.11; 132.12; 132.13.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 9 „Агарта ЦМ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл.304, вх.2, офис 1 с Вх. № 9/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 4.02; 15; 23; 25; 67.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 10 „Аквахим“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83 с Вх. № 10/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 74; 90; 118.10.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 11 „Медитрейд“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Илинден № 7 с Вх. № 11/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 106.03; 124.01; 127.01; 127.02; 127.03; 127.04; 127.05; 127.06; 127.08; 127.09; 127.10; 127.14; 127.15; 131.14; 131.19 .

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 12 „Биомед Фючар“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Редута, ул. Плачковски манастир №14, вх. А, еп.1, ап.1 с Вх. № 12/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 109.09.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 14 „Екос Медика“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Павлово, ул. Голям Братан №8 с Вх. № 14/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 70; 71.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 15 „РСР“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с Вх. № 15/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 48; 51; 65; 75.01; 75.02; 75.03; 76.01; 80; 104.02; 104.03; 113.02; 118.02; 118.05; 122.01; 129.01; 130.28; 131.01; 131.12; 131.31; 131.32; 131.34 .

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 16 „Инфомед“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Акад. Иван Гешов № 2Е, БЦ Сердика, сграда 1, етаж 3, офис 307-309 с Вх. № 16/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 81; 83.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 17 „Вакпак медикал“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. България №1, офис 812 с Вх. № 17/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 86; 109.07; 109.08; 132.02; 132.03;п 132.04; 132.05; 132.06; 132.7; 132.08; 132.09; 132.10.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 19 „Булмар МЛ“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32 с Вх. № 19/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 24; 26; 121.06; 128.03.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 20 „Б. Браун Медикал“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб №64, сграда А2, офис 111 с Вх. № 20/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 3; 35; 36; 37; 41; 42; 95; 113.04; 121.09; 121.11; 122.02; 122.4; 122.05; 123.01.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 21 „Софарма Трейдинг“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А с Вх. № 21/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 6; 7; 11; 14; 20; 27; 34; 46; 54; 92; 97; 107.04; 108.01; 110.04; 110.05; 110.06; 110.07; 116.01; 116.03; 116.06; 117.02; 117.03; 117.05; 119.01; 119.02; 120.04; 121.01; 121.05; 121.07; 121.08; 122.03.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 22 „Вега Медакал“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. България №109, БЦ Вертиго ет.2, офис 2.6-2.7 с Вх. № 22/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 56; 57; 58.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 23 „Фьоникс Фарма“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, р-н Студенски, ул. Околвръстен път № 199а с Вх. № 23/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 109.01; 118.09; 131.38.

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

▪ Участник № 25 „Истлинк България“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Шести Септември №87 с Вх. № 25/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 1; 4.01; 4.03; 5; 8; 12; 16; 19; 21; 22; 29; 31; 32; 33; 38; 40; 43; 45; 50; 64; 66; 78; 79; 91; 106.01; 106.02; 108.02; 111.01; 111.02; 111.03; 112.01; 116.02; 116.04; 116.05; 116.07; 120.01; 120.03; 122.07; 122.08; 125.01; 127.07; 127.13; 128.04; 129.02; 131.02; 131.04; 131.07; 131.08; 131.22; 131.25; 131.27; 131.28; 131.29; 131.36; 131.39; 131.40; 131.41 .

Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.

III. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.2 буква а от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

▪ Участник № 2 „Екомет 90“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Тодор Каблешков № 16 с оферта с Вх. № 2/ 05.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с №2; 7; 14; 72; 116.01; 117.02;131.30

Мотиви: За обособена позиция № 2 и по точно № 2.01 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 ml/min“ участникът е предложил продукт с дебит 240 мл/мин

За обособена позиция № 2 и по точно № 2.02 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195ml/min до 205 ml/min“ участникът е предложил продукт с дебит 180 мл/мин

За обособена позиция № 7 и по точно 7.02 „СИСТЕМА за перфузия с Luer lock накрайник, дебелина 1.45 x 2.75 мм, дължина 1.80 м“ от предложения каталог и мостра не е видно каква е дебелината и дали отговаря на заложените изисквания за 1.45 x 2.75 мм. Комисията отвори и сръза мострата и установи, че е 4 мм и не отговаря на изискванията на Възложителя.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.01. „КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ , участникът не е представил мостра както е изискването на Възложителя.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.02. „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.03. „КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.04. „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“ , участникът не е представил мостра както е изискването на Възложителя.

За обособена позиция 72 и по точно:

72.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ
-----	---

72.1.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер L
72.2.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер M
72.3.	Еднократни, нитрилови, нестерилни ръкавици за работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер S

От предоставените мостри и каталози комисията установи, че не отговарят защото е написано, че са за преглед и не покриват ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС.

За позиция № 116.01 „КАЛЦУНИ полиетиленови, СРЕ /от 38 до 41 см/ x100 бр в опаковка. Да се разтварят безпрепятствено преди поставяне, да не се разкъсват лесно при поставяне и ходене“ – при тестване на мострата се късат и не отговарят на изискванията на Възложителя.

За позиция № 117.02 „ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/ от НТТ, с подложка, размер 5-6 см. на 8-9 см., с прорез, стерилна.“ – при тестване се установи, че не се фиксира добре и се разлепя.

За позиция № 131.30 „ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл PVC с кранче за долно оточване на урината, с възвратна клапа, дължина на шлауха 1.5 м, стерилна, единично опакована“ предложената мостра не отговаря, защото дължината на шлауха е 95 см.

▪ Участник № 4 „Бикомед“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III № 201А, вх. Б с оферта с Вх. № 4/ 07.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с №120.01 .

Мотиви: За позиция № 120.01 „РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен.“ Предоставената от участника мостра не отговаря , защото не завършва с пластмасов пръстен.

▪ Участник № 5 „Етропал Трейд“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Етрополе 2180, бул. Руски №191 с оферта с Вх. № 5/ 10.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 77.01.

Мотиви: За позиция № 77 и по точно 77.01 „КРЪВНИ ЛИНИИ: Да са снабдени с инфузионна система и диаметър на чорапа на венозната кръвна линия 22 мм. Конусовиден дизайн на иглата (Pencil Point), за избягване на изкривяване при пробиване на банки. Да са снабдени с клампи със съответния цвят - червен и син. Дължина на артериалната кръвна линия от 3.7 м. до 4.0 м. Дължина на венозната кръвна линия от 2.7 м. до 3.0 м.“ участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискваният на Възложителя, защото артериалната кръвна линия е 4,20 м, а не от 3,70 до 4,00 м

▪ Участник № 8 „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1, бл.28Б /ул. Димитър Моллов/ с Вх. № 8/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 109.03; 130.09.

Мотиви: За позиция № 130.09 „ИГЛА инжекционна G25 7/8 (0.5x16)“ участникът е представил каталог, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискваният на Възложителя, защото G25 5/8.

За позиция № 109.03 - На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за позиция № 109.03 по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложениния каталог отново не е видно дали покрива международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията.

▪ Участник № 9 „Агарта ЦМ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл.304, вх.2, офис 1 с Вх. № 9/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 2; 4.01; 14; 131.28.

Мотиви: За „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – КАНЮЛИ ЗА ПЕРИФЕРНА ИНФУЗИЯ. Тънкостенен катетър от полиуретан, страничен порт и предпазен механизъм на иглата. Цветно кодиране.“ участникът е представил каталог, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото нямат предпазен механизъм на иглата.

За позиция № 4.01 в плика ценови предложения участникът е поставил техническо предложение и ще бъде отстранен за тази позиция, защото не е представил ценова оферта на хартиен носител.

За позиция № 14 и по точно 14.04.„КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“, участникът е представил мостра за която комисията установи, че е с размери 46/42,5 см и не отговаря на изискванията на Възложителя.

За позиция № 131.28 „СПРИНЦОВКА 1мл – ТУБЕРКУЛИНОВА. Комплект с игла 27G 1/2. Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 0.1мл. в милилитри и графично през 0.05мл.“ участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискванията на Възложителя защото няма игла.

▪ Участник № 10 „Аквахим“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83 с Вх. № 10/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 18.

Мотиви: За Обособена позиция № 18 и по точно 18.01“ ОСТРИЕ за скалпел № 10 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора.“ участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото на единичната опаковка липсва срок на годност и не е видно до кога са стерилни. При отваряне и тестване на мострата се установи, че не е остро и няма да прерязва тъканите с минимални усилия.

За Обособена позиция № 18 и по точно 18.05“ ОСТРИЕ за скалпел № 22 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора.“ участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискванията на Възложителя, защото на единичната опаковка липсва срок на годност и не е видно до кога са стерилни. При отваряне и тестване на мострата се установи, че не е остро и няма да прерязва тъканите с минимални усилия.

▪ Участник № 11 „Медитрейд“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Илинден № 7 с Вх. № 11/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 14; 111.02; 131.11

Мотиви: За позиция № 14.01 " КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища." участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискваният на Възложителя, защото не е с подгънати навътре краища.

За позиция № 14.02 " КОМПРЕС МАРЛЕН 7,5/7,5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища." участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискваният на Възложителя, защото не е с подгънати навътре краища.

За позиция № 14.03 " КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища." участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискваният на Възложителя, защото не е с подгънати навътре краища.

За позиция № 14.04 " КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м." участникът е представил мостра, която комисията разгледа и установи че не отговаря на изискваният на Възложителя, защото е с размери 41/40 см

За позиция № 111.02 „ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с конектор: тик-так копче“ комисията разгледа предложената мостра и установи при тестване не се установи наличие на гел съдържание: aqua-wet.

За позиция № 131.11 „КЛАМПА умбиликална - стерилна,еднократна опаковка, със зъбчета по целите дължини на вътрешните рамене, с добро затваряне при поставяне в предната част и невъзможност от спонтанно отваряне“. Предложената мостра не отговаря, защото зъбчетата по нея са само като орнамент, неприложими. Има вътрешен ръб по дължината, който не позволява контакт със зъбите и при поставяне ще се приплъзва пъпната връв.

▪ Участник № 12 „Биомед Фючар“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Редута, ул. Плачковски манастир №14, вх. А, еп.1, ап.1 с Вх. № 12/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 76.01; 86; 109.05.

Мотиви: За обособена позиция № 86 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m². Задължителна информация, която трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на опаковката.“ От предоставените мостри не е видно дали плътността на медицинската хартия е мин. 70 g/m². Предлагащите изделия имат само на един международен език разяснение за трите индикатора на пара, а не както е изискването на Възложителя „трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика)“. За позиция № 86.08 „ФОЛИО гладко за стерилизация 40см - 45см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО, EN 868,“ участникът не е предоставил мостра.

За позиция № 76.01 „Игли за порт катетър, извити под 90 градуса с крилца за лесна фиксация и удължител с клампа, подходящи за дългосрочни инфузии и за вливания под високо

налягане / до 325 psi/ 22,4 bar/. 20G/20 mm“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция № по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложениния каталог отново Участникът не е представил каталог, от който да е видно дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на заложените параметри .

За позиция № 109.05 „Тест система за контрол на проникването на пара/ BOWIE-DICK тест/, на листове, мастиленоструйна технология, да отговаря на изискванията на стандарт EN ISO 111140-1,EN 13060, EN 867-5 x100/стер./“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложениния каталог, не е видно дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на заложените параметри - стандарт EN 13060, EN 867-5.

▪ Участник № 15 „РСП“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Виктор Григорович № 3, ет. Партер, ап.2 с Вх. № 15/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 117.03

Мотиви: За Обособена позиция № 117.03 „Лепенка фиксираща за канюли /за абокат/ за новородени, от НТТ,с подложка с прорез, стерилна“ комисията разглежда предложената мостра и установи, че не отговаря на изискванията на възложителя защото е за възрастни.

▪ Участник № 16 „Инфомед“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Акад. Иван Гешов № 2Е, БЦ Сердика, сграда 1, етаж 3, офис 307-309 с Вх. № 16/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 24; 25.

Мотиви: За обособена позиция № 24 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА. Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в предната част и ръкавите; плетен маншет, двойно припокриване на гърба и вътрешни връзки; велкро залепване около врата; съединяване на ръбовете чрез слепване; двойно опакована, с две кърпи.“ От предоставените моистри комисията установи, че са шити а не лепени. За позиция 24.01 и 24.02 участникът не е представил мостра, а само за 24.03

За обособена позиция № 25.01 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил,SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ От предоставените моистри комисията установи, че са шити а не лепени.

▪ Участник № 19 „Булмар МЛ“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32 с Вх. № 19/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 14; 25; 73; 121.05; 121.07.

Мотиви: За обособена позиция № 14 и по точно 14.01. „КОМПРЕС МАРЛЕН 5/5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ , участникът не е представил мостра както е изискването на Възложителя.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.02. „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати

навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.03. „КОМПРЕС МАРЛЕН 10/10см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. х 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.04. „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“, участникът е представил която с размери 43,5/45 см

За позиция № 25.01 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ от предоставената мостра е видно, че не отговаря защото е SMS материал.

За позиция № 25.02 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ от предоставената мостра е видно, че не отговаря защото е SMS материал.

За позиция № 25.03 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер XL. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ от предоставената мостра е видно, че не отговаря защото е SMS материал.

За позиция № 73.01 „Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер L“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложения каталог, отново не е видно дали отговарят на ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС.

За позиция № 73.02 „Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер :М“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложения каталог, отново не е видно дали отговарят на ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС.

За позиция № 73.03 „Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер S“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложения каталог, отново не е видно дали отговарят на ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС.

За позиция № 73.04 „Защитна престилка при работа с цитостатици, ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС; размер XL“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложения каталог, отново не е видно дали отговарят на ниво на защита клас III според директива ЕС 89/686/ЕЕС.

За позиция № 121.05 „СЕТ за Секцио съдържаш: 1бр. чаршаф за опер. маса, усилен 140 x 190; чувал за маса за инструменти, усилен 80 x 145; 1бр. секцио чаршаф със сак за течности 315 x 250; 1бр. чаршаф за бебе 90 x 100; 1бр. лепяща лента 10 x 50; 4бр. кърпи.“ От предоставения

каталог се установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя защото изделието няма чувал за маса за инструменти и чаршаф за бебе.

- За позиция № 121.07 „СЕТ за цистоскопия с лепенки; колекторна торба за течности с възможност за интраоперативно източване“ От предоставения каталог се установи, че не отговаря на изискванията на Възложителя защото изделието няма колекторна торба за течности.

▪ Участник № 20 „Б. Браун Медикал“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб №64, сграда А2, офис 111 с Вх. № 20/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 22; 73, 114.02.

Мотиви: За позиция № 73 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ЗАЩИТИНИ ПРЕСТИЛКИ ЗА РАЗТВАРЯНЕ НА ЦИТОСТАТИЦИ“ участникът не е предоставил техническо и ценово предложение подписано и разпечатано на хартиен носител, а само на оптичен носител и ще бъде отстранен за тази позиция.

За Обособена позиция № 22 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – СТЕРИЛНИ ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ. Естествен гумен латекс, да отговарят на стандарт EN 455-1,2,3,4 без пудра, подсилен формован маншет, гарантиращ лесно поставяне и същевременно да се предотврати разкъсване, с полимерно покритие. Цвят бял. Ниско протеиново съдържание. Специфични, анатомично извити пръсти. Да притежават микро-грапава нехлъзгава повърхност осигуряваща отличен захват. 1000 мл воден тест, инспекционно ниво 1 -AQL не по-вече от 1.5.“ участникът е представил мостра, но от нея не е видно дали отговаря на стандарт EN 455-1,2,3,4. Тази информация не е налична и в приложената документация. Ръкавиците нямат и анатомично извити пръсти и грапава повърхност.

За позиция № 114.02 „КАНЮЛА аспирационна -дължина 25-30 см, СН 22-24, перфориран връх, дръжка без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ Участникът е представил мостра, която не отговаря, защото е СН30

▪ Участник № 21 „Софарма Трейдинг“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А с Вх. № 21/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 2; 15; 18; 30; 38; 48; 111.02; 120.01; 131.27; 131.28.

Мотиви: За обособена позиция № 2 и по точно № 2.01 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 14G, дебит от 300ml/min до 350 ml/min“ участникът е предложил продукт с дебит 270 мл/мин

За обособена позиция № 2 и по точно № 2.02 „КАНЮЛИ ЗА ИНФУЗИЯ 16G, дебит от 195ml/min до 205 ml/min“ участникът е предложил продукт с дебит 180 мл/мин

За обособена позиция № 15 и по точно 15.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ предложената от участника мостра не отговаря, защото не се къса лесно и не лепне добре.

За обособена позиция №18 и по точно 18.02 „ОСТРИЕ за скалпел № 11 карбонова стомана, да прерязва тъканите с минимални усилия от страна на оператора. – предложената от участника мостра не отговаря защото е № 10

За обособена позиция № 30 – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 500мл.

30.1.	Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм
-------	--

30.2.	Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм
30.3.	Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм

В комплекта липсва троакар. Участникът е предложил отделно от комплекта троакар и не е описан в техническото предложение.

За обособена позиция № 38 и по точно 38.03 „КАТЕТЪР ректален № 26 със заоблен връх; 2 странични отвора; конусовиден накрайник за съчленяване;силиконизиран PVC“ предложената от участника мостра не отговаря защото е № 24.

За обособена позиция № 48 Сонди за хранене детски

48.1.	СОНДА за хранене детска № 06 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран
48.2.	СОНДА за хранене детска № 08 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран
48.3.	СОНДА за хранене детска № 10 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран

Предложените от участника мостри не отговарят, защото са 50 см и нямат X-Ray лента

За позиция № 111.02 „ЕЛЕКТРОД за ЕКГ /Holter/-F-TF;с гел съдържание: aqua-wet; с конектор: тик-так копче“ комисията разгледа предложената мостра и установи при тестване не се установи наличие на гел съдържание: aqua-wet.

За позиция № 120.01 „РЪКАВ полиетиленов за ендоскопска оптика; дължина 230-250см; с две лепенки за фиксиране; завършващ с пластмасов пръстен.“ Предоставената от участника мостра не отговаря , защото не завършва с пластмасов пръстен.

За позиция № 131.27 „СПРИНЦОВКА 1мл – ИНСУЛИНОВА. Комплект с игла 29G 1/2. Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 10 IU и графично през 1 IU.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото е 27G и с друг кат. номер.

За позиция № 131.28 „СПРИНЦОВКА 1мл – ТУБЕРКУЛИНОВА. Комплект с игла 27G 1/2. Трикомпонентна с цифрово деление на скалата през 0.1мл. в милилитри и графично през 0.05мл.“ предложената мостра не отговаря, защото е инсулинова.

▪ Участник № 25 „Истинк България“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Шести Септември №87 с Вх. № 25/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 9; 14; 24; 25; 36; 37; 48; 49; 86; 109.02; 109.03; 109.09; 114.02; 114.03; 115.01; 117.01; 117.02; 121.01; 121.05; 121.06; 128.03; 131.11; 131.30; 131.31; 131.37.

Мотиви: За обособена позиция № 9 и по точно 9.02. „ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 40 мм Заточване на върха по Квинке“ и 9.04 „ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 120 мм Заточване на върха по Квинке“ и 9.06 „ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 120 мм Заточване на върха по Квинке“ , участникът не е представил техническо и ценово предложение. Съгласно утвърдената документация, за тази позиция участникът следва да подаде за всички номенклатури от обособената позиция. Неподаването на някоя номенклатура е основание за отстраняване от тази обособена позиция.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.02. „КОМПРЕС МАРЛЕН 7.5/7.5см нестерилен, 8 дипли, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м. x 100бр. в оп. С подгънати навътре краища.“ Предложената от участника мостра не отговаря, защото не е с подгънати навътре краища.

За обособена позиция № 14 и по точно 14.04. „КОМПРЕС тип "Микулич" размер от 45/45см до 50/50см, 8 дипли с ренгено позитивна нишка по цялата дължина, минимум 17 нишки на кв.см, плътност минимум 23 гр. на кв.м.“, участникът е представил която с размери 43,5/44 см

За обособена позиция № 15 и по точно 15.01 „ПЛАСТИР фиксиращ 5см/5м, тъкан, да се къса лесно, да прилепва добре“ предложената от участника мостра не отговаря, защото не лепне добре.

За обособена позиция № 24 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ПРЕСТИЛКА ОПЕРАЦИОННА, ПОДСИЛЕНА. Еднократна престилка от нетъкан текстил SMS материал, цялостно подсилена с междинен слой от микрофибри; допълнително подсилена в предната част и ръкавите; плетен маншет, двойно припокриване на гърба и вътрешни връзки; велкро залепване около врата; съединяване на ръбовете чрез слепване; двойно опакована, с две кърпи.“ От предоставените мостри комисията установи, че са шити а не лепени. Няма две кърпи и не е двойно опакована. За позиция 24.01 и 24.02 участникът не е представил мостра, а само за 24.03

За позиция № 25.01 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер М. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ от предоставената мостра не е видно дали материала е SMMS, предложените престилки не са стерилизирани, а само пакетирани, не са със затворен гръб и са шити а не лепени.

За позиция № 25.02 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер L. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ от предоставената мостра не е видно дали материала е SMMS, предложените престилки не са стерилизирани, а само пакетирани, не са със затворен гръб и са шити а не лепени

За позиция № 25.03 „ПРЕСТИЛКА операционна. Размер XL. Полипропилен, нетъкан текстил, SMMS плетени маншети, затворен гръб, съединяване на ръбовете чрез слепване, неподсилена, стерилна“ участникът не е предоставил мостра.

За позиция № 36 и по точно 36.01 „КАТЕТЪР централен венозен педиатричен G16/18 и 18/20 по Селдингер – еднопътен“ участникът не е представил техническо и ценово предложение. Съгласно утвърдената документация, за тази позиция участникът следва да подаде за всички номенклатури от обособената позиция. Неподаването на някоя номенклатура е основание за отстраняване от тази обособена позиция.

За позиция № 37.01 „Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G 22/10см./за v.subclavia/с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапан за безопасност монтиран на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G21, 38мм непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11, трипътно кранче.“ В предоставения каталог липсва информация относно параметрите на изделието. В техническото предложение липсва и каталожен номер с който комисията да установи съответствието му с предложената брошура. В предложената брошура липсва Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов размер G 22.

За позиция № 37.02 „Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, капачки с желатинова мембрана за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. S интродюсерна канюла G18, 70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор“ участникът не е представил техническо и ценово предложение. Съгласно утвърдената документация, за тази позиция участникът следва да подаде за всички номенклатури от обособената позиция. Неподаването на някоя номенклатура е основание за отстраняване от тази обособена позиция.

За позиция № 37.03 „Центр. венозен катетър /Зелдингер/ еднолуменов G14/30см./за v.subclavia/ с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродюсерна канюла G18, 70 мм (с Y-образна игла с възвратен клапан), непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11“ участникът не е представил техническо и ценово предложение. Съгласно утвърдената документация, за тази позиция участникът следва да подаде за всички номенклатури от обособената позиция. Неподаването на някоя номенклатура е основание за отстраняване от тази обособена позиция.

За позиция № 48.01 „СОНДА за хранене детска № 06 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран“ участникът е предоставил мостра която не отговаря на изискванията на Възложителя, защото няма X-Ray лента

За позиция № 48.02 „СОНДА за хранене детска № 08 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран“ участникът е предоставил мостра която не отговаря на изискванията на Възложителя, защото няма X-Ray лента

За позиция № 48.03 „СОНДА за хранене детска № 10 дължина 30-40см заоблен връх; 2 странични отвора; със запушалка, градуирана, с X-Ray лента, PVC/PUR, силиконизиран“ участникът е предоставил мостра която не отговаря на изискванията на Възложителя, защото няма X-Ray лента

За позиция № 49.04 „СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 18“ участникът е предоставил мостра която не отговаря на изискванията на Възложителя, защото не е с рентгеново контрастна нишка.

За позиция № 49.05 „СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 20“ участникът е предоставил мостра която не отговаря на изискванията на Възложителя, защото не е с рентгеново контрастна нишка.

За обособена позиция № 86 „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ФОЛИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ПАРА, ФОРМАЛАЛДЕХИД И ЕТИЛЕНОВ ОКИС. Фолио за опаковане, гладко/нагънато, с 3 индикатора (пара, ЕТО и ФО), съответстващо на стандарти EN ISO11607 и EN 868 за опаковъчни материали за стерилизация, плътност на медицинската хартия мин. 70 g/m². Задължителна информация, която трябва да е изобразена върху фолиото: производител и размер; LOT номер, по който може да се провери срока на годност; стандарти, на които отговаря продукта; трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика); посока на отваряне и знак за забрана повторното използване на опаковката.“ От предоставените мостри е видно че плътността на медицинската хартия е 60 g/m².

Предлаганите изделия имат само на един международен език разяснение за трите индикатора на пара както е изискването на Възложителя „трите индикатора за стерилизация и цветът, в който те трябва да се променят след стерилизацията (на няколко международни езика)“. За позиция № 86.04 „ФОЛИО гладко за стерилизация 12-13см /200м с индикатор на пара, формалдехид и ЕТО,EN 868,“ участникът не е предоставил мостра, а от каталога е видно че не предлагат такъв размер.

За позиция № 114.02 „КАНЮЛА аспирационна -дължина 25-30 см, СН 22-24, перфориран връх, дръжка без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е в комплект с тръба и с отвор за вакуум контрол.

За позиция № 114.03 „КАНЮЛА за аспирационен шlauch -20-25 см със заоблен перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е в комплект с тръба и с отвор за вакуум контрол.

За позиция № 115.01 „ „КОНТЕЙНЕР за микробиологично изследване-15 мл, стерилен,PVC с винтово капаче, без шпатулка“ предложената от участника мостра не отговаря, защото е липсват всякакви етикети, няма маркировка, нито производител на опаковката и не е видно дали е стерилно.

За позиция № 117.01 „ЛЕПЕНКА за безшевно затваряне на рани 6/100mm, хипоалергично лепило, порест нетъкан текстил.“ Не отговаря защото не е лепенка за затваряне на рани, а цитопласт.

За позиция № 117.02 „ЛЕПЕНКА фиксираща за канюли /за абокат/, от нетъкан текстил, външни размери 5-7 см./ 8-10 см., с прорез, стерилна.“ Предложената мостра не отговаря, защото изделието е изработено от фолио, а не от нетъкан текстил.

За позиция № 131.11 „КЛАМПА умбиликална - стерилна,еднократна опаковка, със зъбчета по целите дължини на вътрешните рамене, с добро затваряне при поставяне в предната част и невъзможност от спонтанно отваряне“. Предложената мостра не отговаря, защото зъбчетата по нея са само като орнамент, неприложими. Има вътрешен ръб по дължината, който не позволява контакт със зъбите и при поставяне ще се приплъзва пъпната връв. Дължината на изделието е 5,5 см

За позиция № 131.30 „ТОРБА УРИНАТОРНА 2000 мл PVC с кранче за долно оточване на урината, с възвратна клапа, дължина на шlauchа 1.5 м, стерилна, единично опакована“ предложената мостра не отговаря, защото дължината на шlauchа е 100см.

За позиция №131.31 „Трансферна система за аспириране на течности от флакон или банка (SPIKE) PVC“ комисията установи, че не отговаря защото при тестване се установи, че изделието крие риск от контаминиране на разтвора посредством винтовата капачка. Течността от банката изтича. На опаковката липсва партиден номер и начин на стерилизация.

За позиция № 109.02 „Индикаторна залепваща ролка за етиленов окис- да отговаря на международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителната мостра, не е видно дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на заложените параметри - международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията“ .

За позиция № 109.03 „Индикаторна залепваща ролка за пара - да отговаря на международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните

разяснения от участникът отново не е представил каталог, от който да е видно дали изделието отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на заложените параметри - международен стандарт EN ISO 11140-1 за периодичен контрол на процеса на стерилизацията“.

За позиция № 109.09 „Химични индикатори на ленти за пара в кутия по 200- 250 бр, клас 6, ДА ОТГОВАРЯТ НА СТАНДАРТА БДС EN ISO 11140-1:2006“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения участникът отново не е представил каталог и изделието няма каталожен номер за установяване на съответствието с приложените брошури.

За позиция № 121.01 „СЕТ абдомино-перинеален реинфорсирани,залепващи апертури;покривало за инструментална маса +тип "Мауо";4 бр. кърпи; лепенки“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложени каталог няма кат. Номера и не е видно какво съдържа сета.

За позиция № 121.05 „СЕТ за Секцио съдържащ: 1бр. чаршаф за опер. маса, усилен 140 x 190; чувал за маса за инструменти, усилен 80 x 145; 1бр. секцио чаршаф със сак за течности 315 x 250; 1бр. чаршаф за бебе 90 x 100; 1бр. лепяща лента 10 x 50; 4бр. кърпи. На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложени каталог е видно че не отговаря защото чаршафа за бебе е 75/90 и има само 2 бр кърпи.

За позиция № 121.06 „ СЕТ за TUR със залепваща апертура;еластичен отвор за ректално туширане; покривало за инструментална маса;колекторна торба за течности с възможност за интраоперативно източване“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнително предоставената мостра, комисията разгледа и установи че не отговаря защото то няма торба за течности с възможност за източване, няма отвор за ректално туширане.

За позиция № 128.03 „ ЧАРШАФ операционен без прорез. Ширина от 140см до 160см, дължина от 220 см до 240 см. Еднократен, с две страни - абсорбираща и импрегнирана. Непромукаем. Издръжливи на разкъсване. Индивидуално опакован.“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителните разяснения от предложената мостра, комисията разгледа и установи, че не отговаря защото чаршафа не е импрегниран, непромукаем с две страни.

За позиция № 131.37 „ Четка за вземане на проба от едноцервикса. Мек пластичен връх. Коничен профил. Индивидуално пакетирана, стерилна. Дължина 20-25см.“ На основание чл.57, ал.13 от ППЗОП комисията е изисквала от участника разяснения на заявените от него данни за тази позиция по отношение на техническото предложение. От допълнителната мостра, е видно че не отговаря защото е 19 см

IV. Отстранени участници: На основание чл. 107 т.3 от ЗОП Възложителя отстранява следните участници по позиции както следва:

▪ Участник № 10 „Аквахим“ АД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров №83 с Вх. № 10/ 11.09.2018 г за обособени позиции / ном. единици с № 122.08; 128.02; 131.32.

Мотиви: При изисканата обосновка от комисията на основание чл.72 от ЗОП, в изпратената от участника обосновка посочва, тъй като не потвърждава посочената от него цена за тези позиции, тъй като е допуснал грешка при ценообразуването.

V. На основание чл. 110 ал.1 т.1 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
10	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ИГЛИ ЗА СПИНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ И ДИАГНОСТИЧНА ЛУМБАЛНА ПУНКЦИЯ. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; ергономична прозрачна ръкохватка с кристално - прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора; мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Моливно заточване на върха		
10.01.	ИГЛА спинална. Диаметър G 20, дължина 88 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.02.	ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 40 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.03.	ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 88 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.04.	ИГЛА спинална. Диаметър G 22, дължина 120 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.05.	ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 88 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.06.	ИГЛА спинална. Диаметър G 25, дължина 120 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.07.	ИГЛА спинална. Диаметър G 26, дължина 88 мм Моливно заточване на върха	бр	20
10.08.	ИГЛА водеща за спинални игли с моливно заточване на върха -G22 x 1 3/8", 0.7 x 35 mm или G20 x 1 3/8", 0.9 x 35 mm	бр	30
47	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА ТЕРМОСЕНЗИТИВНА		
47.01.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2	бр	10
47.02.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №2.5	бр	10
47.03.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3	бр	10
47.04.	ТРЪБА интубационна - термосензитивна цветна с черен контрастно оцветен край №3.5	бр	10
52	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - СУПРАГЛОТИСЕН ВЪЗДУХОВОД I-GEL. Супраглотисен въздуховод за осигуряване и поддържане на дихателните пътища. Устройство за периларингеално уплътняване с нераздуващ се маншет от мек, гелообразен материал, който следва естествената анатомия и приляга точно към анатомичните структури.		
52.01.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 2	бр	5
52.02.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 2.5	бр	5
52.03.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 3	бр	10
52.04.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 4	бр	10
52.05.	Супраглотисен въздуховод I-gel № 5	бр	10
68	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - МАСКА ЗА НЕИНВАЗИВНО ОБДИШВАНЕ		
68.01.	МАСКА за неинвазивно обдишване - размер S	бр	5
68.02.	МАСКА за неинвазивно обдишване - размер M	бр	10

68.03.	МАСКА за неинвазивно обдишване - размер L	бр	10
84	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА "ACIST Cvi"		
84.01.	Ергономичен дистанционен контролер с трипътно кранче подвисоко налягане с въртящ се край и 137см тръба за контрастпод налягане - ACIST Cvi	бр	60
84.02.	Изолиран автоматичен манифолд с входи за контраста и физиологичния разтвор, с трансдусер под налягане и тръба за физиологичния разтвор - ACIST Cvi	бр	60
84.03.	Спринцовка 100мл за контраст, за многократна употреба с острие за пробиване на флакона, тръба и клампа - ACIST Cvi	бр	60
88	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ФОРЦЕПС ЗА БИОПСИЯ		
88.01.	Форцепс за еднократна употреба за биопсия 150см	бр	10
88.02.	Форцепс за еднократна употреба за биопсия 230см	бр	10
89	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ФОРЦЕПС ЗА ГОРЕЩА БИОПСИЯ		
89.01.	Форцепс за многократна употреб за гореща биопсия 150см	бр	1
89.02.	Форцепс за многократна употреб за гореща биопсия 230см	бр	1
99	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ПУЛСОКСИМЕТРИЧНИ ДАТЧИЦИ		
99.01.	Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор "Аргус" на Шилер	бр	24
99.02.	Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор MEC-1000	бр	24
99.03.	Еднократен пулсоксиметричен датчик за монитор EDAN	бр	24
99.04.	Neonatal /Oxygen Sensor-сензор съвместим с пулсоксиметър Nellcor	бр	24
99.05.	Neonatal SpO2 adhesive sensor-сензор за отчитане на сатурация, дишане и пулс	бр	12
100	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ЛИГАТУРНИ ПРИМКИ С ВОДАЧ		
100.01.	Лигатурна примка с водач-№ 0 конец-60см,оцветен; поливинилиденфлуорид (PVDF); монофиламентен, нерезорбируем конец	бр	12
102	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - ПОЛИПЕКТОМИЧНИ БРИМКИ		
102.01.	Полипектомични бримки 150см - асиметрична	бр	2
102.02.	Полипектомични бримки 230см - асиметрична	бр	2
102.03.	Полипектомични бримки 150см - асиметрична с изолиран връх	бр	2
102.04.	Полипектомични бримки 230см - асиметрична с изолиран връх	бр	2
102.05.	Полипектомични бримки 150см - монофиламентни	бр	2
102.06.	Полипектомични бримки 230см - монофиламентни	бр	2
102.07.	Полипектомични бримки 150см - овална с изолиран връх	бр	2
102.08.	Полипектомични бримки 230см - овална с изолиран връх	бр	2
102.09.	Полипектомични бримки 150см - овална	бр	2
102.10.	Полипектомични бримки 230см - овална	бр	2
102.11.	Полипектомични бримки 230см - семиригидна	бр	2
102.12.	Полипектомични бримки за еднократна опотреба 150см	бр	10
102.13.	Полипектомични бримки за еднократна опотреба 230см	бр	10
104	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФАКО		
104.01.	ВАНИЧКА за наконечник.	бр	5
104.04.	Титанов наконечник за фако	бр	1
104.05.	Четка за почистване на наконечника на факоемулсификатора	бр	5
105	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРУГ АТРАВМАТИЧЕН ШЕВЕН МАТЕРИАЛ		

105.01.	Атравматичен шевен материал (Endosuture System) -№ 2/0; игла- стомана; обратна "ски" 24мм, конец-плетен, полиестер, зелен, нерезорбируем-110см; съвместим с ендохолдер ENICON	бр	12
107	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ДРЕНАЖИ И ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ		
107.02.	ДРЕНАЖ силиконов-10мм, плосък,с 4 дрениращи канала по повърхността, завършващ с кръгла удължена силиконова тръбичка и преходник;стериле; единично опакован;X-Ray позитивен	бр	4
110	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ		
110.03.	КОМПРЕС хемостатичен, абсорбируем 7см/10см натурален колаген тип 1, резорбция до 8 седмици	бр	30
113	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ИГЛИ		
113.01.	ИГЛА аутопсионна	бр	10
113.03.	ИГЛА за екстракция на чуждо тяло от роговица	бр	2
113.06.	ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани с възможност за предварително задаване на биопсичната дълбочина; с отстраняема канюла и възможност за повторно вземане на биопсичен материал; подходяща са визуализация с ултразвук	бр	2
113.07.	ИГЛА полуавтоматична за биопсия на меки тъкани; двойноизстрелваща; GA 18mm, дължина 120mm	бр	2
114	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ		
114.01.	КАНЮЛА артериална за измерване на инвазивно кръвно налягане.	бр	3
118	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОСТРИЕТА И НОЖЧЕТА		
118.03.	НОЖЧЕ за парацентеза 15° - 3.0 мм	бр	10
118.04.	НОЖЧЕ за уретротомия право	бр	10
121	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СЕТОВЕ		
121.03.	СЕТ за перикардна пункция	бр	3
121.04.	СЕТ за превенция и лечение на дехисценция на оперативна рана, съдържащ: 2 полиетиленови плаки, подплатени с полиетиленова пяна; стоманена жица 90см, с полиетиленово покритие, завършваща в двата края с режещи игли 3/8 извивка, 100мм дължина на иглата.	бр	10
121.10.	СЕТ за трахеална аспирация 27см - № 6, 8	бр	20
122	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ		
122.06.	СИСТЕМА за кръвопускане	бр	5
126	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ФИЛТРИ		
126.02.	ФИЛТЪР за функционално изследване на дишането за апарат SCHILER SP	бр	10
127	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ХАРТИЯ ЗА АПАРАТИ		
127.11.	ХАРТИЯ - отчитащо устройство "ELISA" 3.6mm	бр	1
127.12.	ХАРТИЯ - термохартия (ролки) за регистрация на стерилизация, съвместим с апарат Статим 2000S, модел SP 500	бр	10
130	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФГС, ФКС, РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТО ГРАФИЯ		
130.01.	АПЛИКАТОР ендолуп.	бр	1
130.02.	БАЛОН - екстрактор.	бр	3
130.03.	БРИМКИ ендолуп.	бр	10
130.04.	БУТАЧКА за стент на жлъчни пътища.	бр	1
130.05.	ВОДАЧ за ЕРХП - хидрофилен	бр	2
130.06.	ГРАСПЕР с 4 бранша 150см	бр	1
130.07.	ГРАСПЕР с 4 бранша 230см	бр	1

130.08.	ДРЕНАЖЕН комплект за перкутанен дренаж на жлъчни пътища	бр	2
130.10.	ИГЛА - нож	бр	1
130.11.	ИГЛА за насочена биопсия 16G 20см / за черен дроб и панкреас/	бр	3
130.12.	ИГЛА на Чиба 18G	бр	2
130.13.	Инжектор - еднократна употреба 150см	бр	15
130.14.	Инжектор - еднократна употреба 230см	бр	5
130.15.	Инжектор - многократна употреба 150см	бр	1
130.16.	Инжектор - многократна употреба 230см	бр	1
130.17.	КАНЮЛА ЕРХП	бр	3
130.18.	Клипс - апликатор 230см	бр	1
130.19.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - "подвижни"	бр	10
130.20.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; дълги	бр	15
130.21.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; къси	бр	25
130.22.	Клипсове за ендоскопска хемостаза - 90 и 135 градуса; стандартни	бр	25
130.23.	Кошничка за екстракция с 4 бранша	бр	2
130.24.	Кошничка на Рот за екстракция	бр	10
130.25.	ЛИТОТРИПТЕР механичен с 3 броя кошници	бр	1
130.26.	ПАПИЛОТОМ еднократен пре-кът.	бр	4
130.27.	ПАПИЛОТОМИ - еднократни, съвместими с водач	бр	10
130.29.	СЕТ за връзково лигиране на езофагиални варици	бр	8
130.30.	Сонда за Аргон - плазмена коагуация /АПК/ /за фронтална апликация/	бр	2
130.31.	Сонда за Аргон за латерална апликация	бр	1
130.32.	Стент за жлъчни пътища 10F	бр	5
130.33.	Устройство за балонна дилатация	бр	1
130.34.	Форцепс за екстракция на чужди тела тип "Крокодил"	бр	1
131	ПОЗИЦИЯ – ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ		
131.05.	БЛАНКИ филтърни /неонатология/	бр	500
131.10.	Касета за аспирация на лещени маси с тубинг	бр	300
131.13.	Клипси титаниеви размер М, съвместими с клип-апликатор AESCULAP, за отворена хирургия	бр	50
131.15.	Кошничка държач за окачване на стъклени банки 100 мл.	бр	500
131.16.	Кошничка държач за окачване на стъклени банки 500 мл.	бр	1 000
131.17.	Маншет за инфузия под налягане 1000мл, с помпа и индикатор за налягане	бр	1
131.20.	Набор за предна витректомия	бр	10
131.33.	Тъканно лепило за медицински цели, на основата на бутил-2-цианоакрилат. За хирургични цели. Опаковка от 1г.	бр	20
131.35.	Универсален силиконов спрей 500 мл/300гр	бр	3
132	МАТЕРИАЛИ ЗА ПЛАЗМЕНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ		
132.14.	Касети за плазмена стерилизация съвместими за работа с плазмен стерилизатор мод. CISA SPS 6464	бр	120

Мотиви: За тези позиции не е подадена нито една оферта

VI. На основание чл. 110 ал.1 т.2 от ЗОП Възложителя частично прекратява процедурата за следните позиции:

Ном.№	Наименование	М. е./Лек.ф-ма	Колич.
30	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – ДРЕНАЖНА СИСТЕМА "РЕДОН" 500мл.		

30.01.	Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 12 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм	бр	20
30.02.	Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 16 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм	бр	60
30.03.	Дренажна система "Редон", включваща: дренаж СН 18 с троакар ; бутилка тип "хармоника" 500 мл; удължител с клампа и адаптивен конектор; закрепващ механизъм	бр	200
49	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - СОНДА НАЗОДУОДЕНАЛНА		
49.01.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 12	бр	30
49.02.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 14	бр	10
49.03.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 16	бр	50
49.04.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 18	бр	400
49.05.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 20	бр	150
49.06.	СОНДА назодуоденална - градуирана, твърда и с рентгеново контрастна нишка.Номер 22	бр	10
114	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. КАНЮЛИ		
114.03.	КАНЮЛА за аспирационен шлаху -20-25 см със заоблен перфориран връх /топче/ , без отвор за вакуум контрол, PVC, прозрачна	бр	130
130	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ЗА ФГС, ФКС, РЕТРОГРАДНА ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТО ГРАФИЯ		
130.09.	ИГЛА инжекционна G25 7/8 (0.5x16)	бр	1 500
131	ПОЗИЦИЯ - ДРУГИ МЕД. ИЗДЕЛИЯ. ОБЩИ		
131.11.	КЛАМПА умбиликална. Дължина не по-малко от 6 см., материал PVC, без латекс. Еднократна, в стерилна опаковка. Със зъбчета по целите дължини на вътрешните рамене. От вътрешната страна до зъбците да има двустранно разположени канали, зъбците да са не по-малко от 19 бр. С добро затваряне при поставяне в предната част и невъзможност от спонтанно отваряне.	бр	600
131.37.	Четка за вземане на проба от едноцервикса. Мек пластичен връх. Коничен профил. Индивидулно пакетирана, стерилна. Дължина 20-25см.	бр	100

Мотиви: Всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. Витоша 18, тел. 02/9884070

Срок за подаване на жалби: 10 дни от датата на получаване на решението съгласно чл.197 и следващи от ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 3 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в законоустановения срок на посочените от тях е-майли и да се качи в създаденото досие на профила на купувача на Възложителя на следния адрес: <http://zop.mbalgabrovo.com/auction/225/>

Информацията е заличена

Възложител: **съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД**

/Д-р Николи

При МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Съгл. Заповед № РД-06-782/12.10.2018 г/

