

Изх№ 3869/30.12.14

ДО:

Всички заинтересовани лица за участие в открита процедура по ЗОП с предмет „**Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, включваща 22 /двадесет и две/ самостоятелно обособени позиции**“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със запитване от заинтересован участник в открит конкурс по ЗОП с „**Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, включваща 22 /двадесет и две/ самостоятелно обособени позиции**“ открита с Решение № 316/19.12.2014г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр.Габрово, на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, ви изпращам отговор на запитванията както следва:

Въпрос №1: В Глава II т. 2 Техническа спецификация и базови изисквания за обособена позиция № 9 и 10:

Въпрос: Ще се приложи ли изискването на стандарта EN13704:2002г. Химични дезинфектанти и антисептици. Количествено суспензионно изпитване за оценяване на спороцидното действие на химични дезинфектанти и антисептици, използвани в хранителната и индустрисалната област, в бита и в обществения сектор. Метод за изпитване и изисквания (фаза 2 - стъпка 1), при което по отношение на изпитваните концентрации се прилага задължително време на експозиция от 60 минути тоест, предлаганите концентрации на препаратите трябва ли да са ефективни по отношение на спори при време на експозиция, не по-голямо от 60 мин?

Отговор: В документацията Възложителят максимално в детайли е посочил какви са изискванията на които трябва да отговаря всеки дезинфектант. Изискванията на Възложителя за обособена позиция №9 и №10 са: кратка експозиция- възможност за пълно спороцидно действие до 15 минути при максимална концентрация от 2% и възможност за работа при ниска работна концентрация- 0,5 и 1 % за постигане на спороциден ефект, които се налагат от практическото приложение на тази група дезинфектанти /необходимост от максимално широка вариабилност на концентрацията и времето, за да се постигнат варианти при различни по характер приложения/ и икономичност при работа. Участниците следва да спазват изискванията от техническата спецификация на Възложителя.

Въпрос №2: За обособена позиция № 13 - Ще се допусне ли участник, който представи продукт на база смес от алкохоли, без съобразяване с изискването комбинацията да не съдържа етанол?

Отговор: В документацията Възложителят максимално в детайли е посочил какви са изискванията на които трябва да отговаря всеки дезинфектант. Възложителят няма да се допусне до класиране участник, който представи продукт на база смес от алкохоли, без съобразяване с изискването комбинацията да не съдържа етанол. При изготвяне на техническата спецификация

Възложителят е изходил от опита му до момента, степента на рискова застраховка, възприятия и алергизираност на персонала.

Въпрос №3: За обособена позиция № 13 - Ще бъде ли допуснат участник, който не представи протокол за доказано вирусоцидно действие срещу вирусите Polio и Адено в съответствие със стандарта EN14476?

Отговор: В документацията Възложителят максимално в детайли е посочил какви са изискванията на които трябва да отговаря всеки дезинфектант. Възложителят няма да се допусне до класиране участник, не представи протокол за доказано вирусоцидно действие срещу вирусите Polio и Адено в съответствие със стандарта EN14476

Въпрос №4: За обособена позиция № 14 - в Таблица 1 стр.14 - Медицинска област - Стандартни тестови методи не е посочено изискване за съответствие със стандарта EN 1040 / клас 1, стъпка1 / а само със стандартните методи от клас 2, стъпка 2 / EN1500 за хигиенна дезинфекция на ръце и EN 12791 за хирургична дезинфекция на ръце/. Ще отпадне ли изискването за съответствие със стандарта EN 1040 като необосновано ?

Отговор: В документацията в Глава II т. 2 Техническа спецификация и базови изисквания за обособена позиция № 14 Възложителят е посочил Основните изисквания към дезинфектантите за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и стандартите на които следва да отговарят. Посочените на първо място два стандарта БДС EN 1500 и EN 12791:2006 покриват и заложените изисквания в стандарт EN 1040. Възложителят ще приеме всяко техническо предложение което отговаря на основните два стандарта, а именно БДС EN 1500 и EN 12791:2006.

Дата: 30.12.2014
гр. Габрово

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД;
/ Д-р Нели Савчева/

